



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**Διοίκηση 6<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας**  
**Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Λευκάδα 15-07-2016**  
**Αριθ. Πρωτ:4216**

**ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**  
Πληροφορίες: Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
Ταχ. Δ/ση: Αρ. Βαλαωρίτη 24  
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ  
Τηλέφωνο: 2645 0 38306

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ: 5/2016**  
**ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». CPV:33192000-2**

**Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
2. Το Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/01) "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις".
3. Το Π.Δ118/2007 (ΦΕΚ 150 Τ.Α) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Κ.Π.Δ).
4. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 247 /27-11-1995).
5. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».Τον Ν.3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών).
6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26 3 2014) « Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
8. Την Αριθμ. 6884/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015.
9. Την αριθμ. 254/06-02-2015 απόφαση του Διοικητή της 6<sup>η</sup> ΥΠΕ σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015
10. Την αριθμ. 15<sup>η</sup>/8-12-2015 (θέμα 2<sup>ο</sup>) απόφαση του Δ.Σ.
11. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.
12. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις.

## Προκήρυξη

1. Πρόχειρο , διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή** για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**» προϋπολογισμού **60.000€ μαζί με ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311)** για τις ανάγκες του νοσοκομείου μας για ένα έτος.
2. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**
3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: **1-08-2016 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ: 12:00.**
4. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

## Δικαίωμα συμμετοχής - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

**α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα**

**β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά**

**γ) Συνεταιρισμοί**

**δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών**

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

1. Εγγύηση συμμετοχής **968€ .**

2. **Υπεύθυνη δήλωση της** παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι :ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο .

Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ β' Π.Δ. 118/2007).

## Οροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της διακήρυξης στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το είδος).

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. Οι προσφορές θα ισχύουν 120 ΗΜΕΡΕΣ.

6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές.

7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη αυτή.

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σε διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την παράδοση και την οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας.

9. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση.

10. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό.

## **Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών**

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία **μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 29-07-2016 μέσα στις εργάσιμες ώρες (εως 14:30)**. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία **μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.**

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

- Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι:  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

**Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου «Δικαίωμα συμμετοχής-**

**Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής» της παρούσης.**

- **Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, με τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς που αναγραφονται στο ΜΕΡΟΣ Β,**

- Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπως το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο τέλος της διακήρυξης.
- Οι φάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

## Αξιολόγηση Προσφορών

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η αξιολογηση θα γίνει σε ένα στάδιο.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη προσφορών.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές.

Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα λήγει 2 μήνες μετά την λήξη της σύμβασης και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

**Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία που τους ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά τους και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.**

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 32 μέχρι 34 του Π.Δ. 118/2007.

9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (.Ομοίως και εναλλακτικές προσφορές).

10. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες μετά την κατάθεση των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

### III. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης αυτών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια σε ένα στάδιο, με την παρακάτω διαδικασία:

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή.

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίνεται με τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού από το φορέα της 6<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με FAX ή τηλεφωνικά.

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων τους, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

## **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **PROSPECTUS και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

1. Τα Prospectus, όταν ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού Οίκου και να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο Οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημόσιο) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του Οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους.

### **II. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ**

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν ένα (1) δείγμα ανά είδος (τύπο) των προσφερομένων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθ. 11 & 38 του Π.Δ. 118/2007 και εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία επιπλέον δείγματα, οφείλουν να τα προσκομίσουν. Η αξία τους βαρύνει αυτούς. Η μη κατάθεση δειγμάτων συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

2. Η κατάθεση των δειγμάτων γίνεται πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 & 38 του Π.Δ. 118/2007 και η απόδειξη παραλαβής τους από την Υπηρεσία υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Τα σχετικά δείγματα θα αναγράφουν στη συσκευασία τον αύξοντα αριθμό του είδους (τύπου), που αναφέρεται στο Παράρτημα Α' της διακήρυξης.

### **III. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους 12 μήνες. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωμα μονομερώς δίμηνης παράτασης ή ίσης με την ισχύ της σύμβασης εκ μέρους της Υπηρεσίας με απόφαση αιτιολογημένη του Δ. Σ, με τη σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου και με τους ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για κάθε μήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη με τη μηνιαία ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ολικό χρόνο ισχύς της σύμβασης.

### **IV. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ**

1. Εκτός από τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.118/2007 κυρώσεις, ο προμηθευτής θα βαρύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύμβασης.

2. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Λευκάδα. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. .

**Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας ή να αναστείλει την προμήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία ή συναφθούν συμβάσεις από αυτή.**

#### ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Πίνακας ζητούμενων ειδών & Τεχνικές προδιαγραφές

A/A	ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣ/ΗΤΑ
1.	Ταμπλέτες χλωρίου (2,5gr)	3.000 Tbl
2.	CIDEX 5LT	20 δοχεία
3.	Συμπυκνωμένο απολυμαντικό χωρίς φορμαλδεΐδη με ισχυρή καθαριστική δράση και με ευρύ φάσμα δράσης κατάλληλο για δάπεδα (5λιτ)	12τμχ
4.	Νατράσβεστος (σε συσκευασία 5 kg)	25Kgr
5.	PERYDROL H202 28-20% η πυκνότητα του (σε συσκευασία του ενός κιλού)	30Kgr
6.	Στηρικτικά επιθέματα φλεβοκαθετήρων	
	α) 10cm x12cm με σχισμή	1.000τμχ
	β)7,5cm x6cm χωρίς σχισμή	8.000τμχ
7.	Γλωσσοπίεστρα	15.000τμχ
8.	Θερμόμετρα λεπτού	2.000
9.	Σωλήνες (καθετήρες) αερίων	300 Τμχ
10.	Στηθοσκόπια για ενήλικες	10ΤΜΧ
11.	Προεκτάσεις ορρών 80-90CM μ.χ αποστειρωμένες	200τμχ
12.	Συσκευές ορρού	25.000τμχ
13.	Νεφροειδή μ.χ χάρτινα	20.000τμχ
14.	Ουροδοχεία μ.χ χάρτινα	10.000τμχ
15.	Σκωραμίδες μ.χ χάρτινες	7.000τμχ
16.	Νάρθηκες γόνατος τεσσάρων σημείων	5τμχ
17.	Νάρθηκες λειτουργικοί	10τμχ
18.	Νάρθηκες ποδοκνημικής	4τμχ
19.	Λαβές χειρουργικής διαθερμίας	400τμχ
20.	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)	3.000τμχ
21.	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ	500τμχ
22.	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	50τμχ
23.	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL CADENCE™ Medi-Trace	10ζεύγη
24.	Μάσκες αναισθησίας λευκής σιλικόνης Νο 3-4	10τμχ
25.	Μάσκες αναισθησίας λευκής σιλικόνης Νο 4-5	10τμχ
26.	Ποτηράκια γενικής ούρων αποστειρωμένα 100ml	5.000τμχ

27.	Ποτηράκια φαρμάκων 25ml	20.000τμχ
28.	Κουτιά απόρριψης βελονών	1000τμχ
29.	Πώματα για φλεβοκαθετήρες	10.000τμχ
30.	Κολάρα αυχενικά μαλακά large	20τμχ
31.	Κολάρα αυχενικά μαλακά Medium	60τμχ
32.	Κολάρα αυχενικά μαλακά small	50τμχ
33.	Κολάρα αυχενικά Φιλαδέλφειας large	16τμχ
34.	Κολάρα αυχενικά Φιλαδέλφειας Medium	30τμχ
35.	Κολάρα αυχενικά Φιλαδέλφειας small	18τμχ
36.	Σέτ ουρολογικού καθετήρα	300τμχ
37.	Σέτ κοπής ραμμάτων	200τμχ
38.	Σέτ συρραφής τραυμάτων	200τμχ
39.	Στρόφιγγες 3-WAY	
	Α)ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	10.000τμχ
	Β)ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 25 – 50cm	200τμχ
40.	Στρόφιγγες 5-WAY	50τμχ
41.	Συσκευές μετάγγισης αίματος μ.χ αποστειρωμένες	1.500τμχ
42.	Δερματικές έλξεις ενηλίκων	50τμχ
43.	Δερματικές έλξεις παιδών	20τμχ
44.	ΔΙΚΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΣ ΔΥΚΤΙΩΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΓΕΘΗ (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)	4.500 μέτρα
45.	Επιθέματα γάζας αποστειρωμένα αυτοκόλλητα	
	10 χ15 cm	8.000τμχ
	10 χ8 cm	10.000τμχ
	10 χ20 cm	4.000τμχ
46.	Αυτοκόλλητη υποαλλεργική γάζα (Αυτοκόλλητος υποαλλεργικός φορέας γάζης)	
	10 χ15 cm (τμχ 10μέτρων)	20τμχ
	10 χ20 cm(τμχ 10μέτρων)	40τμχ
	10 χ10 cm(τμχ 10μέτρων)	20τμχ
47.	Ρινικοί πωματισμοί (αποστειρωμένοι απορροφητικοί χειρουργικοί σπόγγοι)	
	80mm	80τμχ
	100mm	600τμχ
48.	Pantasept φιαλάκια 100ml για απολύμανση εργαλείων οργανικής υάλου	6τμχ
49.	ΕΚCOPAD αποστειρωμένα μχ διαστάσεις 56mmx70mm χωρίς λευκοπλάστ εσωτερικό περιβλήμα γάζας και εσωτερικό βαμβάκι	2.000τμχ
50.	ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	300 ζεύγη
51.	ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΚΡΩΝ	200 τμχ
52.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ	400 Κυτία (των 50 ταιν.)
53.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΠΙΛΙΕΣ	20 Τμχ
54.	ΣΕΝΤΟΝΙΑ Μ. Χ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ πλάτος 75 cm μήκος 50 ΜΕΤΡΑ	1.500 Ρολλά
55.	ΣΕΝΤΟΝΙΑ Μ.Χ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ, πλάτος 50 cm μήκος 50 ΜΕΤΡΑ	500 Ρολλά
56.	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	5.000 τμχ
57.	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	20 τμχ
58.	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	20 τμχ
59.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ.	6.000 Τμχ
60.	Τέστ στρεπτόκοκου (Strep-a-rapid test) πακέτ 20τμχ	20 πακέτα
61.	Αναρτήσεις άκρων (συσκευασία μήκος 30μέτρα χ 5cm πλάτος)	400 μέτρα
62.	Αντιθαμβωτικό υγρό χειρουργείου (για την κάμερα του λαπαροσκοπίου,	

	φιαλίδιο των 30 ml)	10τμχ
63.	Επιστόμια σπειρομέτρου (των 3mm για σπειρόμετρο SPIRO ANALYZER ST-90 FUCUDA SANGYO)	2.000τμχ
64.	Καλύμματα αποστειρωμένα ακτινοσκοπικού σέτ αδιάβροχο (1 κάλυμμα οθόνης65x75, 2Κάλυμμα για τόξο C 30X195)	100τμχ
65.	Λαβίδες αιμοστατικές πλαστικές μ.χ 12 cm	400τμχ
66.	Μαρκαδόροι αποστειρωμένοι ανεξίτηλοι για χειρουργική χρήση	100τμχ
67.	α) Σάκοι αναρρόφησης 2λίτρων μ.χ για αναρρόφηση medela (Να προσαρμόζεται πάνω στο μηχάνημα.) β) Σάκοι αναρρόφησης 2 λίτρων μ.χ να δίνεται αντίστοιχα συνοδός εξοπλισμός ( τρεις ανοξείδωτες τροχήλατες βάσεις).	300τμχ 1000τμχ
68.	Παροχετεύσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml No 12	60τμχ
69.	Παροχετεύσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml No 14	60τμχ
70.	Παροχετεύσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml No 16	60τμχ
71.	Παροχετεύσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml No 18	60τμχ
72.	Χωνάκια ωτοσκοπίου μ.χ ενηλίκων πλαστικά	400τμχ
73.	Χωνάκια ωτοσκοπίου μ.χ παιδών πλαστικά	200τμχ
74.	Υδροβολείς πλαστικοί 500ml	20τμχ
75.	Υδροβολείς πλαστικοί 250ml	20τμχ
76.	Συσκευές έγχυσης για αντλία sapphire	200τμχ
77.	Συσκευές θερμάνσεως αίματος (HOT LINE)	100τμχ
78.	Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας	100τμχ
79.	Επιθέματα ελκών δέρματος	250τμχ
80.	Σφυγμομανόμετρα	25τμχ
81.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ 100ML ΤΥΠΟΥ SOLUSET	50τμχ
82.	Επίθεμα νανοτεχνολογίας 13x12cm	50τμχ
83.	Επίθεμα νανοτεχνολογίας 15x20cm	50τμχ
84.	Επουλωτικό σπρέϋ	50τμχ
85.	Προεκτάσεις οξυγόνου (7m έως 10 m)	50τμχ
86.	Προεκτάσεις οξυγόνου (1,5m έως 2 m)	100τμχ
87.	Συνδεδετικά προεκτάσεων οξυγόνου	50τμχ
88.	Μάσκες Venturi	600τμχ
89.	Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου ενηλίκων απλές	1000τμχ
90.	Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου παιδικές απλές	300τμχ
91.	Μάσκες για λήψη οξυγόνου από την μύτη	3.000τμχ
92.	Μάσκες αερολίν ενηλίκων	2000
93.	Μάσκες αερολίν παιδών	500
94.	Λευκοσίλκ 2,5 cmx5m μεταξωτό (λευκή υποαλλεργική ταινία από συνθετικό μετάξι)	1500τμχ
95.	Λευκοσίλκ 5 cmx 5m μεταξωτό (λευκή υποαλλεργική ταινία από συνθετικό μετάξι)	800τμχ
96.	Λευκοπλάστ χάρτινο 5 cm x 10m	1000τμχ
97.	Λευκοπλάστ χάρτινο 2,5cm x 10m	1000τμχ
98.	Λευκοπλάστ 5 cm x 10m υφασμάτινο (Πορώδες με ισχυρή κολλητική ικανότητα)	500τμχ



#### **A/A 6. Στηρικτικά επιθέματα φλεβοκαθετήρων:**

Να είναι αδιάβροχο αλλά πορώδες υλικό έτσι ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Υποαλλεργικό ώστε να μην ξεκολλά στην εφίδρωση.

Να έχει ειδικό μικροπορώδες αλουμίνιο – γάζα στο σημείο παρακέντησης έτσι ώστε να μην δημιουργεί ερεθισμό.

Να διαθέτει διάφανη μεμβράνη (παράθυρο)για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας ή ερεθισμού του αγγείου.

Να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του καθετήρα σε τρεις κατευθύνσεις συγχρόνως (μία οριζόντια και δύο κάθετα)

Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια) έτσι ,ώστε να μη δημιουργεί ερεθισμό και να βοηθαεί την ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.

Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.

#### **A/A 9. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ**

Αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με υποδοχή μήκους 30cm εως 40cm μεγέθη Νο: 22,24,25,26,28,30&32

#### **A/A 12. Συσκευές ορρού**

Να φέρουν διατρητικό ρύγχος από σκληρό πλαστικό για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.

Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC, για τον οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος

Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC διαμέτρου 3 x 4,1mm. μήκους 160 - 200 cm.Στις συσκευές έγχυσης μεγαλοσταγόνων: οι είκοσι σταγόνες απεσταγμένου νερού= 1gr.

Να συσκευάζονται ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί στην μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου /πολυαμιδίου στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους.

Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που διευκολύνει την ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών από TEFLON.

Να έχουν πρόσθετο LATEX για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων.

Οι συσκευές δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρς τουλάχιστον 34,6 ml/min πυκμού διαλύματος γλυκόζης ,40%, σε πλήρη λειτουργία.

Να είναι αποστειρωμένες ελεύθερες πυρετογόνων\_ και μη - τοξικές .

Να είναι μιας χρήσης, & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.

Το ειδικό χαρτί να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο Του ETOX κατά την αποστείρωση και έπειτα την απομάκρυνση του ETOX κ:ατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον. εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.

Να έχει ενσωματωμένο στο σταγονοθάλαμο φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15 μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων.

Να φέρει κατάλληλο ρυθμιστή ροής με τροχό, αμερικανικού τύπου.

Να φέρει υποδοχή για σύνδεση LUER ~LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση.

#### **A/A 13. Νεφροειδή**

Νεφροειδή δοχεία μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι μεγαλύτερη των 1000 ml.

Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του.

#### **A/A 14. Ουροδοχεία**

**Ουροδοχείο ανδρών**, μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι μεγαλύτερη των 900 ml.

Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του.

#### **A/A 15. Σκωραμίδες**

**Σκωραμίδα Οβάλ**, μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα άνω των 2 λίτρων.

Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του.

#### **A/A 19. Λαβές Διαθερμίας Μιας Χρήσεως (Κοπής και Καψίματος)**

Στυλό Χειρουργικής Διαθερμίας Μ.Χ., με Διακόπτες Τομής-Αιμόστασης με Ενσωματωμένο Καλώδιο Σύνδεσης

#### **ΕΙΔΟΣ 20. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)**

#### **ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ)**

Ηλεκτρόδιο μιας χρήσης με στερεή αγώγιμη γέλη, αισθητήρα Ag/AgCl, κόπιτσα, από αφρώδες υλικό.

- Διαστάσεις 48x34mm
- Εναλλακτική χρήση : Βραχυχρόνια χρήση

#### **ΕΙΔΟΣ 21. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

- Ηλεκτρόδιο μιας χρήσης με ακτινοδιαπερατή κόπιτσα από άνθρακα, Ø 45 mm, από ειδικό αφρώδες υλικό, ειδικό για τεστ κοπώσεως και Holter
- Κατάλληλο για:
  - 1) μακροχρόνια παρακολούθηση μέχρι 72 ώρες
  - 2) όλα τα τεστ κοπώσεως
  - 3) holter
  - 4) ακτινογραφικές χρήσεις
  - 5) κατάλληλο για μαγνητικές τομογραφίες

#### **ΕΙΔΟΣ 22. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ**

- Ηλεκτρόδιο μιας χρήσης για νήπια με αισθητήρα Ag/AgCl, κόπιτσα, αγώγιμη και κολλητική γέλη, από αφρώδες υλικό Ø 35 mm
- Εναλλακτικές χρήσεις: ηλεκτροκαρδιογράφημα, βραχυχρόνια παρακολούθηση

#### **ΕΙΔΟΣ 23. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL**

#### **CADENCE™ Medi-Trace**

Ηλεκτρόδια απινιδισμού πολλαπλών λειτουργιών «Cadence™ Medi-Trace» να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια για την παρακολούθηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), απινιδισμού, εξωτερικής βηματοδότησης και συγχρονισμένου μετασχηματισμού.

- Τεχνολογίας βαθμιαίας κλίσης, ωοειδούς σχήματος, από σύνθεση Ag/AgCl, σχεδιασμένα για να μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος λόγω της ομοιόμορφης κατανομής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά την απινιδισμό.
- Ακτινοδιαπερατά
- Ειδικά αγώγιμο υδροκολλοειδές που επιταχύνει την πρόσφυση και την ηλεκτρική επαφή
- Ειδική αφρώδης επιφάνεια που ανθίσταται στα υγρά και εφαρμόζει εύκολα στο σώμα
- Να μην απαιτεί συνδετικό προσαρμογής στο μηχάνημα απινιδισμού
- Συμβατά και με διφασικούς, απινιδιστές
- Πλήρης προϊοντική σειρά ενηλίκων και παιδών
- Χρωματική κωδικοποίηση και περιγραφή συνδετικού για εύκολη αναγνωρισιμότητα
- 2 έτη αποθηκευτικός χρόνος

**A/A 28. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 – 6 LITRA, με προδιαγραφές ασφαλείας.**

**A/A 29. ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ**, αποστειρωμένα, σκληρά, LUER-LOCK βιδωτά, ασφαλείας με περιφερικές ραβδώσεις.

**A/A 30 ,31, & 32: ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM, SMALL, LARGE**

**ΜΑΛΑΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ**, από σφουγγαροειδές / αφρώδες υλικό με 100% βαμβακερό κάλυμμα (ύφασμα) με αυτοκόλλητα straps, για στήριξη και άνεση, από ύφασμα που πλένεται και δεν ερεθίζει το δέρμα. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.

**A/A 33,34,35: ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ LARGE, MEDIUM, SMALL ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΚΛΗΡΑ διπλής βαλβίδας, τύπος PHILADELPHIA**

Να προσφέρει άριστη στήριξη στο ινιακό και στη γνάθο. Να διατίθεται με τραχειακή οπή.

**A/A 36. Σετ ουρολογικού καθετήρα**

Να περιέχει ένα (1) αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο 45x42cm, ένα (1) αδιάβροχο πεδίο 45x42 με οπή, ζεύγος ελαστικά χειρουργικά γάντια, μία (1) λαβίδα για την συγκράτηση του καθετήρα, ένα (1) flow clamp, μία (1) σύριγγα 12 ml με φυσιολογικό ορό, ένα φακελάκι με αντισηπτικό υγρό 22ml, ένα φακελάκι με στείρο ζελέ διείσδυσης του καθετήρα, γάζες και τολίπια.

**A/A 37. Σετ κοπής ραμμάτων**

Να περιέχει μία (1) λαβίδα πλαστική, ένα ψαλίδι μυτερό γαμψό και γάζες.

**A/A 38. Σετ συρραφής τραυμάτων**

Να περιέχει ένα (1) αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο 45x42cm, ένα (1) χειρουργικό πεδίο με οπή, δύο(2) μαμβακοφόρους στυλεούς εμποτισμένους με betadine, ένα (1) βελονοκάτοχο ανοξειδωτο. Ένα(1) νυστέρι με λεπίδα, μία (1) λαβίδα εισαγωγής και μία λαβίδα αιμοστατική κυρτή.

**A/A 39,40 ΚΑΝΟΥΛΕΣ 3-WAY & 5-WAY STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ.**

- Να έχουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια
- Χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος)
- Ευθύ δύο δρόμων πέρασμα υγρών
- Να προσφέρει τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι ενταλώς ανοιχτό ή κλειστό μέσω ON/OFF θέσεων (δηλ. να έχει θέση stop ανά 45 μοίρες- οι οδοί να διαθέτουν κλειστό διαφορετικού χρώματος με σήμανση ανοικτού – κλειστού για λόγου ασφαλείας)
- Υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειοθεραπευτικών παραγόντων.
- Να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο
- Το υλικό κατασκευής να είναι από Πολυάνθρακα-Πολυεθυλένιο-Πολυπροπυλένιο Latex – free, Αποστειρωμένα μ.χ σε ατομική συσκευασία.
- CE Mark και να φέρουν καπάκια σύνδεσης
- Να διτίθονται και με προέκταση διαφόρων μηκών 25&50 cm.
- Να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ανάλογη βάση στατώ.

**A/A 41 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ**

- Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x 4,1 mm και μήκους τουλάχιστον απο 160 – 200 cm .
- Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά , θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK) .
- Να είναι αποστειρωμένες με ETOX, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές . Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.
- Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ETOX κατά την αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ETOX κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την σειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.
- Το διατηρητικό ρύγχος έχει οπή επαρκούς παροχής αίματος, ενώ φέρει ενσωματωμένο μεγάλο σταγονομετρικό θάλαμο , από PVC Medical Grade (διαφανή) , για τον οπτικό έλεγχο ροής του αίματος .

- Να έχει ενσωματωμένο στο σταγονοθάλαμο ειδικό διηθητικό φίλτρο επιφάνειας 15 cm<sup>2</sup>, για την διήθηση του παρεχόμενου αίματος στη συσκευή, το δε μέγεθος της βρογχίδας του δικτύου (MESH) του ηθμού της συσκευής είναι: 200 - 270 μm.
- Να φέρει κατάλληλο ρυθμιστή ροής με τροχό, αμερικανικού τύπου.
- Να φέρει υποδοχή για σύνδεση LUER

**A/A 45. Επιθέματα γάζας αποστειρωμένα αυτοκόλλητα:**

Αποστειρωμένη ελαστική αυτοκόλλητη κομπρέσα – ειδική απορροφητική γάζα-για την επίδεση τραυμάτων. Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και η συγκολλητική του ουσία να είναι υποαλλεργική.

**A/A 50. Κάλτσα αντιθρομβωτική κάτω άκρων** (μηρού χωρίς ζώνη σε μεγέθη M, L, EXL -να έχει ισχυρή πλέξη –άνοιγμα στα δάκτυλα για έλεγχο του ποδιού-διαφορετικές συμπίεσεις από σημείο σε σημείο)

**A/A 51. Κάλτσα ορθοπεδική ακρών** (αποστειρωμένη, δυο στρωμάτων αδιάβροχη για χειρουργικές επεμβάσεις

**A/A 52. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ**

\* Για τείδος με αύξοντα αριθμό 6.30 (ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ) η κατακύρωση του είδους θα γίνει με συνοδό εξοπλισμό (μηχανάκια μέτρησης) ο οποίος θα χρειάζεται ελάχιστη δόση αίματος για την μέτρηση και να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

**A/A 53. Συσκευή αναπνευστικών ασκήσεων με τρεις μπίλιες:**

**ΠΡΟΚΛΗΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΠΑΛΕΣ**

- Μεγάλο εύρος ρυθμού ροής από 600 ml/sec έως 1200 ml / sec.
- Τρεις μπάλες χρωματικού κώδικα σε τρεις θαλάμους
- Ελάχιστη ροή τυπωμένη σε κάθε θάλαμο
- Ανθεκτικό πλαστικό
- Συμπαγής σχεδιασμός
- Χρήση από έναν μόνο ασθενή

**A/A 54&55 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ** σε ρολα, πλαστικοποιημένα (, με άριστη διατήρηση ανα 30-40 εκατ. περιπτώσεων, με δυο στρώματα (χαρτί απορροφητικό/λεπτό πλαστικό φιλμ)χρωματος λευκού,αδιάβροχα 100%. Το μήκος των ρολλών είναι ενδεικτικό και οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν 10 μέτρα περισσότερο ή λιγότερο του ζητούμενου μήκους.

**Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες εκτός της τιμής του ρολλού να ανφέρουν και την τιμή ανά μέτρο.(Όρος απαράβατος)**

**A/A 56. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** ( ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) για τα κρεβάτια ασθενών, διαστάσεως τουλάχιστον 0,80 cm χ 1,80 cm / τμχ (με δυνατότητα απόκλισης των ζητούμενων διαστάσεων έως και +5 cm), πλαστικοποιημένα αποτελούμενα από υλικό απορροφητικό άριστης ποιότητας και λεπτό πλαστικό φιλμ, αδιάβροχα 100%.

**A/A 57&58 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ**

Να είναι κατάλληλα για επίτοιχη στήριξη στις λήψεις οξυγόνου Νοσοκομείου μας (Γαλλικού τύπου) και να αποτελούνται από ροόμετρο οξυγόνου και υγραντήρα σύμφωνα με τα παρακάτω.

**ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ**

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι.

1. Να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου εναρμονισμένες με τα Γαλλικά πρότυπα (NF-S 90 116) με ειδικό ταχυσύνδεσμο που εξασφαλίζει απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση αποκλείοντας την δυνατότητα σύνδεσης σε λήψεις άλλων αερίων ή κενού. Ο ταχυσύνδεσμος θα πρέπει να φέρει διάταξη ασφάλισης έναντι περιστροφής του ροόμετρου ως προς τη λήψη οξυγόνου ούτως ώστε αυτό να παραμένει πάντα σε κατακόρυφη θέση.
2. Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό και να διαθέτει μία έξοδο κοχλιωτή για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, συνδετικά σωλήνων κτλ). Η κοχλιωτή έξοδος θα πρέπει να έχει σπείρωμα 9/16 UNF για να είναι δυνατή και η σύνδεση των υγραντήρων και νεφελοποιητών μιας χρήσης που χρησιμοποιούν η ΜΕΘ και άλλες νοσηλευτικές μονάδες του Νοσοκομείου μας.

3. Το ροόμετρο να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη και όχι βηματικό με προεπιλεγμένες τιμές ροής.
4. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπύλια, όπου όλη η διάταξη μέτρησης θα πρέπει να είναι εντελώς άθραυστη (κατασκευασμένη από διάφανο πλαστικό POLYCARBONATE και όχι PLEXIGLASS), ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου.
5. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό . Η δε διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 lit/min αυξανόμενη ανά 0,5 lit/min μέχρι τα 5 lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.
6. Η πίεση της λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση της βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξής του, να είναι 4 bar ή 60 psi.
7. Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο.
8. Να αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο η σήμανση CE καθώς και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε τη σήμανση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 679/13-09-1994/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του ίδιου ως άνω κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ EEC
9. Να αναγράφονται υποχρεωτικά κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τα κάτωθι στοιχεία.
  - 9.α. Ο συμβολισμός του οξυγόνου ( O<sub>2</sub> ) και προαιρετικά η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.
  - 9.β. Η επωνυμία του κατασκευαστή και προαιρετικά το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του διανομέα.
  - 9.γ. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου που είναι αντίστοιχα και η πίεση της βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξής του : 4 bar ή 60 psi.
  - 9.δ. Στοιχεία για διασφάλιση της ιχνιασιμότητας όπως ο τύπος (μοντέλο) της συσκευής και ο αριθμός σειράς ή ο αριθμός παρτίδας ή η χρονολογία κατασκευής.
  - 9.ε. Η φράση “USE NO OIL” ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός .
  - 9.στ. Ένδειξη για το σημείο της μπύλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.(π.χ διαβάζεται στο κέντρο της μπύλιας )
  - 9.ζ. Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.

#### ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι.

1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και όχι μίας χρήσης .
2. Να έχει την δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα.
3. Να προσαρμόζεται στην έξοδο του ροόμετρου και να αποσπάται απ’ αυτή εύκολα με το χέρι, εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
4. Θα πρέπει η μέγιστη τιμή πίεσης που μπορεί να δεχθεί, να είναι τουλάχιστον 5 bar, για να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μάσκας νεφελοποίησης (συσκευές νεφελοποίησης εισπνεόμενων φαρμάκων) στον υγρανήρα.
5. Να είναι συνολικής χωρητικότητας σε νερό άνω των 200 ml.
6. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη, άθραυστη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
7. Να αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο η σήμανση CE καθώς και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε τη σήμανση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 679/13-09-1994/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του ίδιου ως άνω κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ EEC
8. Να αναγράφονται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τα κάτωθι στοιχεία.
  - 8.α. Η επωνυμία του κατασκευαστή και προαιρετικά το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή του διανομέα.

8.β. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του υγραντήρα όπως επίσης και η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή οξυγόνου.

8.γ. Ο τύπος (μοντέλο) του υγραντήρα.

#### **A/A 59. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ**

Να φέρουν **σκληρό** διατηρητικό ρύγχος για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.

- Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC MEDICAL GRADE , για τον οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος .
- Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x 4,1 mm και μήκους τουλάχιστον απο 160 – 200 cm .
- Στις συσκευές έγχυσης μικροσταγόνων :  
οι 60 σταγόνες απεσταγμένου νερού  $\cong$  1 gr .
- Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά , θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK) .
- Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορρών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που διευκολύνει την ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών από TEFLON .
- Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX ( FLASH BALL ) για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων .
- Οι συσκευές να δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύμφωνα με τα διεθνή standards τουλάχιστον 34,6 ml / min πυκνού διαλύματος γλυκόζης 40 % , σε πλήρη λειτουργία .
- Να είναι αποστειρωμένες με ETOX, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές .  
Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.
- Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη διόδο του ETOX κατά την αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ETOX κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την σειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.

#### **A/A 77. Συσκευές θερμάνσεως αίματος (HOT LINE)**

Σωλήνας θέρμανσης διπλού αυλού ώστε να εξασφαλίζεται η θέρμανση του αίματος ή των υγρών μέχρι το άκρο σύνδεσης με τον ασθενή μετά του αντίστοιχου συνοδού εξοπλισμού (μηχάνημα).

#### **A/A 78. Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας**

Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας, οβάλ σχήματος, με εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη ευκαμψία και ασφαλέστερη εφαρμογή , με φίλτρο διαφυγής αερίων, κοβομενος εως 75 χιλ. περιππου.

#### **A/A 79. Επιθέματα ελκών δέρματος**

Αποστειρωμενα αφρωδη επιθεματα από υδροενεργο αργυρο υπο μορφη συμπλοκου και πολυμερες υψηλης απορροφητικοτητας με εξωτερικη επικαλυψη φιλμ πολυουρεθανης, και περιμετρικο κολλητικο από κυτταρινη, φυσικο υλικο.

Διαστασεις περιππου :

α) μη κολλητικα : 10x10,15x15, κορδονι 45 cm.

β) κολλητικα : 12,5x12,5,18x18,23x23(σχημα για κοκκυγα) και 19x20 (σχημα για πτερνα).

Αποστειρωμενη υδροφιλη γελη υψηλης συνοχης με 90% νερο , νατριουχο καρβοξυμεθυλοκυτταρινη και αλγηνικο ασβεστιο σε μορφη λεπτορευστης γελης, 15 γραμ.

#### **A/A 80. Σφυγμομανόμετρα αναλογικά**

1.Αναλογικό μανόμετρο 2.περιχειρίδα με αεροθάλαμο 3. κούμπωμα αυτοκόλλητης ταινίας 4.πουάρ 5.βαλβίδα ελεγχόμενης διέλευσης του αέρα 6.ακουστικα του στηθοσκοπίου να μην είναι κολλημένο πάνω στον αεροθάλαμο 7.διάφραγμα (κεφαλή) του στηθοσκοπίου 8.σωλήνας στηθοσκοπίου 9 σωλήνας αεροθαλάμου

Εύρος μέτρησης: 0-300mm HG

Ακρίβεια μέτρησης : -<sup>+</sup> 3mm Hg

Υγρασία για λειτουργία και φύλαξη έως 85%

Θερμ. λειτουργ. : 15-25

Θερμ. φύλαξης : -20εως 70

**Περιχειρίδα : κανονικό μέγεθος ενηλίκων**

**A/A 81. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ 100ML ΤΥΠΟΥ SOLUSET**

- \* μεγάλο ογκομετρικό θάλαμο 100 ml,
- \* συσκευή ορού μικροσταγόνων 60 σταγόνων / ml
- \* με πλάγια διακλάδωση Y, latex free.
- \* αεραγωγό,
- \* υποδοχή για έγχυση φαρμάκων,
- \* φίλτρα
- \* σωλήνα με άκρο luer lock, σύνδεσης με τον ασθενή και κυλιόμενο σφιγκτήρα.
- \* σωλήνα με σκληρό διατρητικό ρύγχος για σύνδεση με τον ορό, με αεραγωγό, και κυλιόμενο σφιγκτήρα τουλάχιστον απο 160 – 200 cm.
- \* **Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένες.**

**82. Επίθεμα νανοτεχνολογίας 13x12cm**

Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής. Για επούλωση χρόνιων ελκών μη αυτοκόλλητα.

**83. Επίθεμα νανοτεχνολογίας 15x20cm**

Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής. Για επούλωση χρόνιων ελκών μη αυτοκόλλητα.

**84. Επουλωτικό σπρέϋ**

Επουλωτικό σπρέϋ απορροφήσιμου, με αιμοστατικές ιδιότητες, 100% ίππειου κολλαγόνου για επούλωση ελκών.

**A/A 88. Μάσκες VENTOURI**

Μάσκες ventouri για παροχή οξυγόνου υψηλής πυκνότητας σε ποσοστό ελεγχόμενης ροής με βαλβίδα ενσωματωμένη με όλες τις ρυθμίσεις.

**A/A 92. Μάσκες αερολίν**

Μάσκες με νεφελοποιητή για χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων.

**A/A 96&97 Λευκοπλάστ χάρτινα**

Κατασκευασμένο από μη υφασμένες ίνες ράγιων μικροπορώδες. Η μία όψη να συγκολλάτε στο δέρμα , πρέπει να έχει συγκολλητική υποαλλεργική ουσία που να μην ερεθίζει το δέρμα και να παραμείνει πορώδης ακόμα και μετά την τοποθέτηση στο δέρμα.

\* α) Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης σε σχέση με την μονάδα μέτρησης της περιγραφής του είδους στην διακήρυξη , οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να αντιστοιχίσουν με σαφήνεια την μονάδα μέτρησης του προσφερόμενου είδους ως προς την μονάδα μέτρησης της διακήρυξης για να υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής σύγκρισης των προσφερομένων ειδών. **(ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ).**

β) Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες σε περίπτωση που σε ζητούμενα είδη της διακήρυξης έχουν προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας με τον αύξοντα αριθμό του ζητούμενου είδους να προσδιορίζουν σε ποιο ζητούμενο είδος α, β, γ..... αντιστοιχεί το προσφερόμενο είδος και ως προς την διάσταση εφόσον βέβαια αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις**(ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ).**

\* Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και για όσα εξ αυτών δεν υπάρχει λεπτομερής τεχνική περιγραφή , η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορέουν από την περιγραφή τη ονοματολογίας του.

**Τυχόν εμπορικές ονομασίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και μόνο.**

Οι διαστάσεις που τυχόν αναφέρονται είναι **ενδεικτικές** του τι εξυπηρετεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι απαγορευτικό στο να προσφερθούν και διαστάσεις οι οποίες δεν έχουν ουσιώδη απόκλιση των ζητούμενων με την μόνη προϋπόθεση όπως προαναφέραμε, ότι η προσφέρουσα εταιρεία έχει την υποχρέωση να αντιστοιχίσει ακριβώς το προσφερόμενο είδος με το ζητούμενο και με τον τρόπο που περιγράψαμε ανωτέρω.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών επι ποινή αποκλεισμού , τα οποία πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας που τα προσφέρει. Επιτρέπεται η αποστολή των δειγμάτων στην Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Ο

**ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α/Α**

**ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**



## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας : .....

Κατάστημα : .....

(Διεύθυνση – τηλέφωνα - fax )

Ημερομηνία έκδοσης .....

ΕΥΡΩ .....

Προς :

**Διοίκηση 6<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας**

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Βαλαωρίτη 24 Τ.Κ 31100

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. .... (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας ..... Δ/νση ..... για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ..... για την προμήθεια ..... σύμφωνα με την υπ. αρ.....διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας : .....

Κατάστημα : .....

(Διεύθυνση – τηλέφωνα - fax )

Ημερομηνία έκδοσης .....

ΕΥΡΩ .....

Προς :

**Διοίκηση 6<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου**

**Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας**

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Βαλαωρίτη 24 Τ.Κ 31100

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας .....Δ/νση ..... μέχρι του ποσού των .....ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ..... ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό .....σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια .....για κάλυψη αναγκών της αρ. διακήρυξης στο .....

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και δύο μήνες από την λξη της σύμβασης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<u>Α/Α</u>	<u>ΕΙΔ ΟΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤ Α</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ/ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Υ ΤΙΜΩΝ</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ ΑΝΕΥ ΦΠΑ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ</u>	<u>ΦΠΑ</u>	<u>ΤΕΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</u>

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



#### ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Διοίκηση 6<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα .....

Αριθ. Πρωτ.:.....

**ΣΥΜΒΑΣΗ** υπ'αριθμ. ....

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΚΑΙ**

**ΤΗΣ** .....

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** .....

**Συμβατικού Τιμήματος** ..... € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.<sup>54</sup>

Στη Λευκάδα σήμερα .....ημέρα ..... και ώρα 10η π.μ στα γραφεία του νοσοκομείου μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου κ..... που εκπροσωπεί νόμιμα το Νοσοκομείο με την ιδιότητα του αυτή και της εταιρείας: ..... συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων διοικητής του νοσοκομείου έχοντας υπόψη του την αριθμ .....<sup>1</sup> **συνεδρίαση θέμα**.....<sup>ο</sup> /..... απόφαση του **Δ. Σ** του νοσοκομείου αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλόμενων την προμήθεια ειδών «.....» **ισχύς σύμβασης από** .....**έως** .....

**1** Τόπος υπογραφής της σύμβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών που εδρεύουν μακράν της πόλης της Λευκάδας είναι δυνατόν να υπογράφεται η σύμβαση (εάν το επιθυμούν οι εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας με έξοδα της.

**2.** Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το Π.Δ118/2007 προβλέπει) σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση η το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες ισχυουσών όμως των διατάξεων του προαναφερομένου Π. Δ 118/2007.

3. Συμβαλλόμενα μέρη είναι για εν το νοσοκομείο ο νόμιμος εκπρόσωπος του διοικητής ..... για δε την εταιρεία .....

4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προμηθεύει το νοσοκομείο είναι:

.....ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ..... ΦΠΑ

5) Τιμή του είδους που θα προμηθεύεται το νοσοκομείο είναι η τιμή που ρητά και κατηγορηματικά αναφέρεται **στην παράγραφο 4** της σύμβασης αυτής.

6. Τόπος παράδοσης του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκομείου καθώς και κάθε άλλος τόπος μέσα στο νοσοκομείο που θα υποδεικνύεται στην εταιρεία σας από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου.

7. Τρόπος παράδοσης. Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκομείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασμένα και με έξοδα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του νοσοκομείου.

8. Χρόνος παράδοσης του είδους ορίζεται σε (4) τέσσερες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου μας.

9. Τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν με την αριθμ ..... διακήρυξη του διαγωνισμού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ (.....) τεχνική προσφορά της εταιρείας σας .

10. Η εταιρεία σας υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου η δικαιολογητικού που απαιτείται και θα ζητείται από το τμήμα οικονομικού του νοσοκομείου. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής την οποία πρέπει να εκδώσετε ανέρχεται στο ποσό των .....€.

11. Εγγυήσεις για την παράδοση παραλαβή και καλή λειτουργία του προμηθευμένου είδους ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται να παραδίδει τα είδη σε άριστη κατάσταση με έξοδα της μέχρι τις αποθήκες υλικού του νοσοκομείου και εγγυάται για την καλή του κατάσταση και λειτουργία ύστερα από την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα.

12. Τρόπος πληρωμής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή με την έκδοση χρηματικού εντάλματος για όλο το συμβατικό ποσό και χρόνος πληρωμής του είδους είναι ο καθοριζόμενος απο το Νόμο. Στα συμβατικά είδη γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

### **13. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο.**

14. Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με αυτήν ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος με άλλο σύμφωνα με τη σύμβαση και πάντα με έξοδα της εταιρείας του προμηθευτή Όποιος δεν θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των διατάξεων του άρθρου 34 του Π. Δ 118/2007.

15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων ισχύουν ρητά όλες οι διατάξεις του Π.Δ 118/2007. Κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής, και δεν τακτοποιηθεί μμεταξύ των ενδιαφερομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας.

16. Ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός αναφέρεται παραπάνω είναι δυνατή η προσφυγή των συμβαλλόμενων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους χωρίς να αναιρείται η προηγούμενη παράγραφος αριθμ.15 της σύμβασης αυτής .

17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Π. Δ 118/2007 άρθρο 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 και 34.

18. Με τη σύμβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης .....

19. Το κείμενο της σύμβασης αυτής κασιχύει κάθε άλλου κειμένου σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του Π.Δ 118/2007.

20. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφεται ένα δε αντίγραφο παίρνει ο συμβαλλόμενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο )παραμένουν στα αρχεία του νοσοκομείου.

-0-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ