



L

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Λευκάδα 23-11-2015

Αριθ. Πρωτ: 7150

Διοίκηση 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Κ.ΓΟΥΡΓΑΡΙΩΤΗ

Ταχ. Διευθ: Αρ. Βαλαωρίτου 24

Ταχ. Δ Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Τηλέφωνο: 2645 0 /38269

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή κλειστών οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ενός ψυγείου ασκών αίματος σύμφωνα με την αριθμ. 13^η/13-10-2015 απόφαση Δ.Σ., θέμα 4^ο και με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυγείου ασκών αίματος

- Να πρόκειται για κάθετο ψυγείο χωρητικότητας περίπου 700-800lt δηλαδή να έχει δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 350 ασκών αίματος, των 450ml έκαστος.
- Να διαθέτει πόρτα με διπλό τζάμι.
- Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 1970*860*720 περίπου (Υ*Π*Μ).
- Να συνοδεύεται από έξι (6) συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι επικαλυμμένα από αντιβακτηριδιακό υλικό, ώστε να μην σκουριάζουν ή διαβρώνονται, να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και να έχουν περιφερικό πλαίσιο στήριξης.

- Η θερμοκρασία να είναι προ- ρυθμισμένη στους +4°C και το εύρος θερμοκρασίας να είναι από +1°C έως +8°C και ο έλεγχος να γίνεται από μικροεπεξεργαστή.
- Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ανάλυση 0,1°C.
- Να διαθέτει επίσης γραφικό θερμόμετρο, για την γρήγορη επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας με μια ματιά.
- Να πληροί τα κριτήρια CE TUV.
- Να πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις AABB, ANRC και FDA για την αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος.
- Η πόρτα να φέρει έλασμα επαναφοράς.
- Να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας 7ήμερο κυκλικό.
- Να έχει αυτόματη απόψυξη με προηγμένο αισθητήρα απόψυξης για την βέλτιστη ψυκτική ικανότητα και τον έλεγχο του κύκλου απόψυξης.
- Να έχει αυτόματη απομάκρυνση συμπυκνώματος, έτσι ώστε να μην χρειάζεται γραμμή απόψυξης.
- Να διαθέτει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα για την διατήρηση της ομοιομορφίας σε όλα τα επίπεδα.
- Να διαθέτει ροή αέρα κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά τα ανοίγματα της πόρτας.
- Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 - πτώση ή άνοδο της θερμοκρασίας,
 - διακοπή ρεύματος,
 - παραμονή της πόρτας ανοικτής,
 - μειωμένη απόδοση του συμπυκνωτή,

- χαμηλής μπαταρίας και
- ένδειξη αλλαγής καταγραφικού.
- Όλοι οι συναγερμοί να διαθέτουν ρυθμιζόμενη από τον χρήστη χρονοκαθυστέρηση και σίγαση.
- Να είναι βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά με ειδική πούδρα βαφής, ανθεκτική σε μικροτραυματισμούς, ενώ το εξωτερικό υλικό πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να μην σκουριάζει.
- Να διαθέτει φωτισμό του θαλάμου που να ενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας, αλλά και ανεξάρτητο διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.
- Να διαθέτει βοηθητικά μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει την λειτουργία του πίνακα ελέγχου σε περίπτωση απώλειας μπαταρίας (θα εκτιμηθεί η πιο μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία).
- Να μπορεί να γίνει ρύθμιση των ηχητικών σημάτων (αυξο-μείωση).
- Ο συμπιεστής για το σύστημα ψύξης να έχει αέριο φιλικό προς το περιβάλλον. Θα εκτιμηθεί η χαμηλότερη στάθμη θορύβου που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 55db (ποινή αποκλεισμού).
- Να διαθέτει τέσσερις (4) ρόδες βαρέως τύπου, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινηθεί εντός του χώρου που θα τοποθετηθεί, τουλάχιστον οι δύο (2) από αυτές να φέρουν φρένο.
- Να είναι πιστοποιημένο εγγράφως για Ιατρική Νοσοκομειακή χρήση όσο και για λειτουργία στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.
- Να συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το συμπιεστή και ενός (1) έτους για τα λοιπά μέρη καθώς και εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά.

- Να υπάρχει πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
- Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
- Παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης & επιλογής προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή και ο προϋπολογισμός δαπάνης **10.000,00 €.** (δέκα χιλιάδες €.) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7112αν του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. .

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι **04 /12/2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00π.μ**

. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από τριμελή επιτροπή στις **07/12/2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**

Οι προσφορές να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ/ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1.	ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	1					

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

